

BESTELLFORMULAR PATRONENREGENERATION

SteriTech
MEDIZINTECHNIK

LabTech
LABORTECHNIK

SteriShop
MEDIZINTECHNIK

Ihre Daten:

Name / Praxis / Kunden-Nr. _____

Ansprechpartner/in: _____

Straße / PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

abweichende Lieferadresse: _____

Patrone abholbereit ab, Datum + Uhrzeit²: _____

Schließzeiten / Urlaub der Praxis: _____

Patrontyp: _____

Ihre Bestellung:

Füllmenge / Patrone	Grundpreis in € netto	Vor-Ort-Service¹ zzgl. 36,50 € netto Servicepauschale	Versand-Service² zzgl. 15 € netto Versandpauschale	Versandkarton³ zzgl. 10 € netto Versandkarton	Anzahl Patronen
13-18 Liter (Bsp. MELAdem 53C, Miele VE P 2000)	99,-				
19-23 Liter (Bsp. MELAdem 53, Miele VE P 2800)	106,-				

Auftrag erteilt:

Datum, Unterschrift _____

Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass bei dem VOR-ORT-SERVICE seine Daten an unseren Regenerations-Servicepartner weitergegeben werden.

Anmerkungen zu unseren Serviceleistungen entnehmen Sie bitte der Folgeseite >>>



SteriTech
MEDIZINTECHNIK

Steri-Tech GmbH
Max-Berk-Str. 3 – 69226 Nußloch
Tel. 06224 – 98960 0

service@steri-tech.de
info@steri-shop.de
Bestellhotline: 06224 – 98960 90

Seite 1/2
Stand: April 2024



Zusatzinformationen zu unseren Serviceleistungen

¹ Vor-Ort-Service	Die Regeneration erfolgt vor Ort durch unseren Servicepartner direkt in der Praxis Grundpreis zzgl. 36,50 € netto Servicepauschale pro Anfahrt
² Versand-Service	Die Regeneration erfolgt durch Abholung der verpackten Patronen via Hin- und Rückversand Grundpreis zzgl. 15,- € netto Versandpauschale
³ Versandkosten (falls erforderlich, nur für Versandservice)	Sie bekommen bei Bedarf einen Karton zugesandt, im Anschluss erfolgt die Regeneration via Versand-Service² Grundpreis zzgl. 15,- € netto Versandpauschale + 10,- € netto Versandkosten

Bitte kreuzen Sie auf Seite 1 des Bestellformulars die entsprechenden Felder an

Alle Preise verstehen sich für 1 Patrone ohne Installation

Für den erfolgreichen Transport der Mischbettharzpatronen gilt Folgendes zu beachten:

1. Nach dem Druckablass die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone abschrauben
2. Das Wasser der Patronen entleeren, auf den Kopf stellen und warten bis kein Wasser mehr ausläuft.
3. Die Patrone mit den vorhandenen Kappen fest verschließen und in die Transportverpackung einpacken.



Wir bedanken uns recht herzlich für Ihren Auftrag

Bei Fragen erreichen Sie uns jederzeit unter

Tel: 06224 – 98960 90

Ihr STERI-TECH TEAM

Kennen Sie unsere Treuekarte der Ionenaustauscher-Regeneration?

Bei 10 Regenerationen bekommen Sie die **11. kostenfrei.**

Gerne senden wir Ihnen diese Treuekarte bei Bedarf zu.



Steri-Tech GmbH
Max-Berk-Str. 3 – 69226 Nußloch
Tel. 06224 – 98960 0

service@steri-tech.de
info@steri-shop.de
Bestellhotline: 06224 – 98960 90

Seite 2/2
Stand: April 2024